

PSG(ポリソムノグラフィティ)クリティカルパス

ID: 患者氏名: 様 医師名: 担当看護師:

月日	入院当日 (/)	退院日 (/)
目標	・検査の流れが分かる ・検査に対する不安が軽減する	
治療 処置 薬剤	☐ (日) PSGセットの準備 ☐ (準) 18時 検査科より測定センサー装着 ☐ 病室の扉に検査札(マグネット)を付ける ☐ (準) 21時 PSGセット作動確認 ※ナースコールでの呼び出しがない限り睡眠中は訪室しない	☐ (深) 1時 PSGセット作動確認 ☐ (深) 5時 PSGセット作動確認 ☐ (深) 起床後、スイッチ類には触れずにセンサー類のみ外す ☐ (深) 清拭タオルなどで、クリーム類を拭き取る
検査	☐ (準・18時) センサー装着	
活動 安静度	☐ (日) 検査前まで安静度フリー	
栄養 (食事)	制限なし	
清潔	☐ 検査前シャワー浴可	☐ (深or日) シャワー浴可
排泄	☐ (準) センサー装着前に排泄を済ませてもらう	☐ フリー
指導・説明	☐ (日) 病棟オリエンテーション ☐ (日) 検査同意書の確認 ☐ (日) 入院診療計画書 ☐ (日) 入院時チェックリストに沿って必要書類の確認 (☐ 問診票 ☐ 保険外同意書) ☐ (日) 退院時間の確認(そのまま出勤の人もあるため) ☐ (準) 装着後、テレビを見たり本を読んだり、普段通りの生活をしてもらう ☐ (準) 持参薬(眠剤)は、普段通りに内服してもらう ☐ (準) 機械の電源や本体に触れないように説明 ☐ (準) 起床したらナースコールを押すように説明 ☐ 退院療養計画書、次回受診日の確認	☐ 8時半～9時頃、検査科が機械の回収 ☐ 本人の希望時間で退院 (会計は後日でも可能) ☐ 次回受診の説明 ☐ 退院療養計画書を渡す
バリアンス	☐ 有 ☐ 無	☐ 有 ☐ 無
サイン		